

Quant aux patients nerveux ou ceux qui « enfoncent » les talons dans le lit, il peut s'avérer nécessaire de rembourrer et de protéger le talon. Dégagez simplement le VELCRO® sur le coussin du talon, montez-le à l'extrémité du rabat du talon et fixez-le à nouveau. Il peut être nécessaire d'ajouter de l'air au rabat du talon quand il est utilisé dans cette position. (On peut commander une pompe en forme de poire en appelant notre service à la clientèle.)

**L'élévateur de talon 345CX, de WAFFLE®** ne comporte qu'une seule taille. L'élévateur de talon procure la protection et le traitement du talon et du pied jusqu'au bout du stade IV, y compris pour les escarres.

**Avertissement :** Ces produits sont conçus pour un usage non-ambulatoire. Ne pas marcher si l'appareil est installé.

**Usages multiples :**
Surfaces de salles d'urgence
Tables de salles d'opération
Lits de l'unité des soins intensifs
Matelas ordinaires, spécialisés ou de remplacement

Le gonflement correct de l'article et le protocole des soins de la peau doivent être respectés pour optimiser les avantages de ces produits. L'inspection de la peau, les vérifications manuelles fréquentes et les plans de changement de position sont cruciaux pour le succès de votre programme de soins de la peau.

**Ne contient pas de latex**

EHOB®
Leader des appareils médicaux pour les soins des patients

250 N. Belmont Avenue • Indianapolis, IN • 46222
Ph: 800-899-5553 Fx: 317.972.4601
www.ehob.com • corporate@ehob.com
ISO 9001:2000
ISO 13485:2003

WAFFLE® est une marque de commerce déposée de EHOB, Inc. Brevet des États-Unis No. 5,265,293 & 5,328,445 & Brevets étrangers en attente & accordés` © EHOB, Inc. 2000.

300 Series
Rev 00

# Les coussins d'air WAFFLE® pour les pieds



**Les coussins d'air WAFFLE® pour les pieds 303FW, 304FW, 305FW**

**Élévateur de talon 345CX**

**MODE D'EMPLOI :**
Protection des talons et des extrémités inférieures et, traitement jusqu'au stade IV et des escarres. Protection contre les lésions profondes des tissus.

## Protège l'extrémité inférieure tout entière

Le coussin d'air de WAFFLE® est conçu avec deux chambres à air pour élever le talon et soutenir le mollet afin d'améliorer la circulation. Les trous de ventilation permettent à l'air de circuler et de garder le patient à sec, au frais et à l'aise.

## Pas de pression de surface sur le talon

Le coussin d'air de WAFFLE® suspend le talon complètement tout en réduisant la flexion plantaire et le pied tombant.

**1** Le Foot WAFFLE® disponible en petites, moyennes et grandes tailles. Pour connaître la bonne taille, mesurez la partie la plus large du mollet, en gardant tous les pansements ou produits anti-thrombogéniques en place, s'il y a lieu.

| Code de produit | Circonférence du mollet |
|---|---|
| 303FW - petit | 25,4 à 29,2 cm |
| 304FW - moyen | 30,5 à 35,5 cm |
| 305FW - grand | 36,8 à 45,7 cm |

**2** Placez la jambe dans l'appareil et orientez le talon et le pied afin qu'ils soient perpendiculaires à l'appareil. Fixez à l'aide des sangles en Velcro® straps. **La sangle PRN la plus** proche du pied (pour petite, moyenne et grande taille) peut être fixée au besoin.



**Votre coussin d'air Foot WAFFLE® devrait paraître souple et flexible, et non pas raide et dur.**

**3** **Pour contrôler que l'appareil est bien posé et correctement gonflé :**





Vérifiez d'un coup d'œil ou à la main que le talon n'est pas sur le lit. Un contrôle manuel devrait être effectué à chaque nouvelle équipe d'infirmières. Introduisez la main le long du côté du pied, vers la malléole. Vous devriez pouvoir glisser les doigts dans l'ouverture sans difficulté. Si c'est trop serré, ouvrez la sangle la plus proche du pied. Si c'est trop lâche, refaites les mesures.

**4** Si le patient se plaint d'échauffement ou si la peau est visiblement irritée sur le côté ou sur le dessus du pied ou à l'endroit du tendon d'Achille, ouvrez la sangle la plus proche du pied **(la sangle PRN)**




**Les produits anti thrombogéniques, les pansements ou les chaussettes en coton ne devraient pas interférer avec l'efficacité de l'article. On peut utiliser une taie d'oreiller pour recouvrir l'appareil selon les besoins du patient.**

**5** L'hygiène quotidienne consiste à retirer l'appareil et à laver, sécher et inspecter le pied et la jambe du patient.

**6** L'article peut être essuyé et nettoyé à l'aide d'eau et de savon ou du désinfectant employé dans votre installation. Ne pas utiliser de solvants dégraissants contenant de l'alcool ou des distillats de pétrole.